



中华人民共和国
计量器具型式批准证书

北京雪迪龙科技股份有限公司

根据中华人民共和国计量法第十三条和中华人民共和国计量法实施细则有关规定，对你单位申请型式批准的计量器具新产品经审查合格，现予批准，并可使用以下标志和编号：



批准人：

经批准的计量器具新产品（名称、型号）：

名称：烟气连续监测系统（烟气分析仪）

类别：C

型号	规格	准确度
SCS-900	烟气： SO_2 ：(0~2500) $\times 10^{-6}$ ； NO_x ：(0~2500) $\times 10^{-6}$ ； O_2 ：(0~25)%； CO (0~2500) $\times 10^{-6}$ ； 颗粒物：(0~2500) mg/m^3 ； 烟气流速：(2~40) m/s	烟气：±5%； 颗粒物：±2.0%； 烟气流速： ±(0.5 m/s +0.05v)

发证日期：二〇一五年三月二十六日

发证机关（盖章）：