

信宜市粤信肉类食品有限公司禽畜 加工基地水污染源在线 监测系统验收意见

2026年4月24日,信宜市粤信肉类食品有限公司禽畜加工基地根据《污染源自动监控管理办法》和《广东省重点污染源在线监控系统验收管理办法》的有关规定和要求,组织相关人员对信宜市粤信肉类食品有限公司禽畜加工基地水污染源在线监测系统进行现场检查和验收。参加验收的有信宜市粤信肉类食品有限公司禽畜加工基地(业主单位)、广东粤茂环保设备有限公司(在线设备供应商)、信宜市正朋装饰工程有限公司(污水处理运行单位)、广东众惠环境检测有限公司(比对验收监测单位)、广东环科技术咨询有限公司(验收报告编制单位)等单位的代表,并特邀3名专家组成验收小组(名单附后)。与会代表听取了业主单位对信宜市粤信肉类食品有限公司禽畜加工基地水污染源在线监测系统的安装、运行等情况汇报,现场检查了监测站房及设备装置,审阅核查有关材料,经认真讨论、审议,形成如下验收意见:



一、自动监控设施基本情况

信宜市粤信肉类食品有限公司禽畜加工基地于 2026 年 4 月完成了污水排放口流量水污染源在线监测系统的安装调试。明渠流量计（巴氏槽）为福建澳泰自动化设备有限公司生产，数据采集传输仪、pH 值、COD、氨氮、TP 和 TN 自动监控设备均为江苏凌恒环境科技有限公司生产。上述在线监控系统设备的选型、安装、数据采集符合国家和省相关规范的要求。信宜市粤信肉类食品有限公司禽畜加工基地委托广东众惠环境检测有限公司完成了比对验收监测，监测结果显示，污水排放口的流量、pH 值、COD、氨氮、TP 和 TN 的比对检测结果均符合《水污染源在线监测系统验收技术规范》(HJ354-2019) 等相关规范的要求，监测方法及测量过程参数设置也符合《水污染源在线监测系统 (COD_{Cr}、NH₃-N 等) 安装技术规范》(HJ353-2019) 的要求。

二、自动监控设施运行情况

该自动监控设施经调试投运后，性能检测符合相关要求，现场检查运转正常，建立有相应的自动监控设施管理制度和运行台账。




三、验收意见

信宜市粤信肉类食品有限公司禽畜加工基地执行了《污染源自动监控管理办法》的相关规定，安装的污水排放口明渠流量计、pH值、COD、氨氮、TP和TN水污染源在线监测系统基本符合《广东省重点污染源在线监控系统验收管理办法》要求，验收组同意通过验收。

建议加强管理和维护，严格执行《污染源自动监控管理办法》和《广东省重点污染源在线监控系统验收管理办法》的要求，认真落实数据管理、运行台账和质控等管理制度，做好数据溯源记录工作，确保该自动监控设施正常运转。

验收组成员：

The image shows several handwritten signatures in black ink. The names are arranged in two rows. The first row contains four signatures: the first is a large, stylized signature, followed by '胡蓝天', '曹伟东', and '吴生'. The second row contains four signatures: '谭子峰', '周颖', '张冬梅', and '张涛'. Below the second row, there are two more signatures: '周颖' and '刘标'.

2026年4月24日



附表 信宜市粤信肉类食品有限公司禽畜加工基地水污染源在线监测系统验收成员信息表

序号	姓名	工作单位	职位/职称	联系电话	备注
1	彭任延	信宜市粤信肉类食品有限公司禽畜加工基地	副总经理	18806681636	业主单位
2	谢林峰	信宜市粤信肉类食品有限公司禽畜加工基地	业务经理	13509912327	业主单位
3	黄伟东	信宜市正朋装饰工程有限公司	运维人员	13413342313	污水处理运行单位
4	吴德生	信宜市正朋装饰工程有限公司	运维人员	13432936858	污水处理运行单位
5	张涛	广东粤茂环保设备有限公司	技术员	13035812917	在线设备供应商
6	刘标	广东众惠环境检测有限公司	技术员	13927548378	比对验收监测单位
7	周颖珊	广东环科技术咨询有限公司	技术员	18022812260	验收报告编制单位
8	张冬梅	广东石油化工学院	教授	13509929036	专家
9	胡蓝天	信宜环保信息中心	工程师	13432324258	专家
10	潘日华	茂名市环境技术中心	高级工程师	13509926099	专家