

信宜市粤信肉类食品有限公司怀乡肉联厂 水污染源在线监测系统验收意见

2026年6月12日,信宜市粤信肉类食品有限公司怀乡肉联厂根据《污染源自动监控管理办法》的有关规定和要求,组织相关人员对信宜市粤信肉类食品有限公司怀乡肉联厂水污染源在线监测系统进行现场检查和验收。参加验收的有信宜市粤信肉类食品有限公司怀乡肉联厂(业主单位)、广东粤茂环保设备有限公司(在线设备供应商)、广东茂发环境治理有限公司(在线设备运维单位)、广东众惠环境检测有限公司(比对验收监测单位)、广东环科技术咨询有限公司(验收报告编制单位)等单位的代表,并特邀3名专家组成验收小组(名单附后)。与会代表听取了业主单位对信宜市粤信肉类食品有限公司怀乡肉联厂水污染源在线监测系统的安装、运行、联网申请等情况汇报,现场检查了监测站房及设备运行情况,审阅核查有关材料,经认真讨论、审议,形成如下验收意见:

一、自动监控设施基本情况

信宜市粤信肉类食品有限公司怀乡肉联厂于2026年3

刘林

李之静

李文静

刘李

周颖

Handwritten signatures and marks at the bottom left of the page.

月完成了污水排放口水污染源在线监测系统的安装调试。超声波明渠流量计(WBXY-MQ20A01 型)为无锡物博新仪电子科技有限公司生产,数据采集传输仪(XRP2016)为南京新锐鹏环保科技有限公司生产,pH 值(LH-PH-S 型)、COD (COD_{cr}2101 型)、氨氮(NH₃-N2111 型)、TP (TP2121 型)和 TN (TN2123 型)自动监控设备均为江苏凌恒环境科技有限公司生产。上述在线监控系统设备的选型、安装、数据采集等符合国家相关规范的要求。信宜市粤信肉类食品有限公司怀乡肉联厂委托广东众惠环境检测有限公司完成了比对验收监测,监测结果显示,污水排放口 pH 值、COD、氨氮、TP 和 TN 的比对检测结果均符合《水污染源在线监测系统(COD_{Cr}、NH₃-N 等)验收技术规范》(HJ354-2019)等相关规范的要求,监测方法及测量过程参数设置也符合《水污染源在线监测系统(COD_{Cr}、NH₃-N 等)验收技术规范》(HJ354-2019)的要求。

二、自动监控设施运行情况

该自动监控设施经调试投运后,性能检测符合相关要求,现场检查运转正常,建立有相应的自动监控设施管理制度和运行台账。

刘林 李文静 刘李 周颖研

三、验收意见

信宜市粤信肉类食品有限公司怀乡肉联厂执行了《污染源自动监控管理办法》的相关规定，安装的污水排放口超声波明渠流量计、数据采集传输仪、pH值、COD、氨氮、TP和TN水污染源在线监测系统基本符合《水污染源在线监测系统(COD_{Cr}、NH₃-N等)验收技术规范》(HJ354-2019)要求，验收组同意通过验收。

建议加强管理和维护，严格执行《污染源自动监控管理办法》的要求，认真落实数据管理、运行台账和质控等管理制度，做好数据溯源记录工作，确保该自动监控设施正常运转。


验收组成员：

李文群 刘彬 周颖 刘彬 李群

2026年6月12日

附表 信宜市粤信肉类食品有限公司怀乡肉联厂水污染源在线监测系统验收成员信息表

序号	姓名	工作单位	职位/职称	联系电话	备注
1	刘雨丰	信宜市粤信肉类食品有限公司怀乡肉联厂	经理	18929761997	业主单位
2	程祥	信宜市粤信肉类食品有限公司怀乡肉联厂	副经理	18929770191	业主单位
3	刘李广	广东粤茂环保设备有限公司	技术员	13318538650	在线设备供应商
4	李文静	广东茂发环境治理有限公司	技术员	15768755001	在线运维单位
5	刘标	广东众惠环境检测有限公司	技术员	13927548378	比对验收监测单位
6	周颖珊	广东环科技术咨询有限公司	技术员	18022812260	验收报告编制单位
7	李康养	原广东省茂名生态环境监测站	高级工程师	13929700862	专家
8	胡蓝天	信宜环保信息中心	工程师	13432324258	专家
9	潘日华	茂名市环境技术中心	高级工程师	13509926099	专家



 周颖珊 刘标
 李康养 李文静 刘标