



出厂检验报告

产品名称:	化学需氧量水质在线自动监测仪	产品型号:	SVL-COD(Cr)
检验依据:	HJ 377-2019	出厂编号:	W1150125
检验环境:	温度: 30.1℃	湿度: 58%	大气压: 101KPa

1.外观及标识

☒合格 ☐不合格

机 柜	机柜无变形、塌坑、生锈、锉痕等,涂层均匀,无划痕、裂纹、污浊、掉漆、起泡等。	☒ 合格 ☐ 不合格
标 志	标识字体内容、大小、位置、颜色等清晰正确。	☒ 合格 ☐ 不合格
显示器	显示清晰,无暗角、黑斑、彩虹、暗显示、隐划、闪烁等。	☒ 合格 ☐ 不合格
铭 牌	铭牌符合设计要求,标识清晰、齐全、位置正确。	☒ 合格 ☐ 不合格

2. 24h 低浓度漂移(2025.12.8 15:00:00)

检验要求: $\pm 5\text{mg/L}$

☒合格 ☐不合格

29.2	30.4	29.5	29.6	30.3	30.7
30.8	29.5	29.6	29.5	29.2	30.1
29.7	30.3	29.6	29.5	30.1	29.9
30.2	30.1	30.7	30.7	30.2	29.5
24h 低浓度漂移		-1.10mg/L			

3. 24h 高浓度漂移(2025.12.9 17:00:00)

检验要求: $\leq 5.0\%$

☒合格 ☐不合格

161.1	160.6	160.5	159.1	159.7	161.3
160.6	161.6	159.1	160.1	161.6	158.6
160.6	158.4	159.8	159.1	158.4	158.6
159.7	159.6	158.4	160.2	160.9	159.9
24h 高浓度漂移		0.537%			

4.示值误差

(2025.12.10 18:00:00)

检验要求: $\pm 10.0\%$

☒合格 ☐不合格

标准溶液浓度(mg/L)	实测浓度(mg/L)						平均值 (mg/L)	示值误差 (%)
40	40.2	40.1	40.6	39.3	41.2	40.5	40.3	0.79%
100	99.9	100.1	100.5	100.6	99.9	100.1	100.1	0.18%
160	160.7	160.1	159.7	160.6	160.3	160.5	160.3	0.20%

5.定量下限

(2025.12.11 12:00:00)

检验要求: $\leq 15\text{mg/L}$

☒合格 ☐不合格

标准溶液浓度(mg/L)	实测浓度(mg/L)							定量下限(mg/L)
15	15.6	15.1	14.3	14.9	15.1	15.3	15.5	4.33mg/L

6.重复性

(2025.12.10 18:00:00)

检验要求: $\leq 5.0\%$

☒合格 ☐不合格

标准溶液浓度(mg/L)	实测浓度(mg/L)						重复性 (RSD)/%
40	40.2	40.1	40.6	39.3	41.2	40.5	1.56%
160	160.7	160.1	159.7	160.6	160.3	160.5	0.23%

7.绝缘电阻

检验要求: $\geq 20\text{M}\Omega$

☒合格 ☐不合格

绝缘电阻 (M Ω)	724
--------------------	-----

检验结论: 合格

检验人: 李海 制表日期: 2025.12.30

审核人: 李海 审核日期: 2025.12.30

出厂检验报告

产品名称:	氨氮水质自动监测仪	产品型号:	SVL-NH3-N
检验依据:	HJ/T 101-2019	出厂编号:	002/250122
检验环境:	温度: 20℃	湿度: 40%	大气压: 101kPa

1. 外观及标识

☒合格 ☐不合格

机 柜	机柜无变形、塌坑、生锈、锉痕等, 涂层均匀, 无划痕、裂纹、污浊、掉漆、起泡等。	☒ 合格 ☐ 不合格
标 志	标识字体内容、大小、位置、颜色等清晰正确。	☒ 合格 ☐ 不合格
显示器	显示清晰, 无暗角、黑斑、彩虹、暗显示、隐划、闪烁等。	☒ 合格 ☐ 不合格
铭 牌	铭牌符合设计要求, 标识清晰、齐全、位置正确。	☒ 合格 ☐ 不合格

2. 24h 低浓度漂移 (2026.01.05 9:00:00) 检验要求: $\leq 0.02\text{mg/L}$ ☒合格 ☐不合格

0.194	0.196	0.199	0.193	0.195	0.196
0.199	0.191	0.191	0.191	0.193	0.197
0.197	0.193	0.198	0.198	0.196	0.194
0.196	0.196	0.196	0.197	0.196	0.199
24h 低浓度漂移 (mg/L)		0.002			

3. 24h 高浓度漂移 (2026.01.06 9:00:00) 检验要求: $\leq 1.0\%$ ☒合格 ☐不合格

8.027	7.982	7.989	8.012	7.977	8.097
8.055	8.013	7.999	8.055	7.987	8.101
7.956	8.082	8.024	8.037	8.036	8.107
8.063	7.966	8.021	8.112	8.103	8.027
24h 高浓度漂移 (%)		0.508			

4. 示值误差 (2026.01.07 9:00:00) 检验要求: $\pm 8.0\%$ ☒合格 ☐不合格

标准溶液浓度 (mg/L)	实测浓度 (mg/L)						平均值 (mg/L)	示值误差 (%)
2.0	2.026	2.021	2.021	2.023	2.028	2.012	2.022	1.10
5.0	5.041	4.987	4.992	4.991	4.941	5.001	4.992	-0.16
8.0	8.063	7.966	8.021	8.112	8.103	8.027	8.049	0.61

5. 定量下限 (2025.01.07 21:00:00) 检验要求: $\leq 0.15\text{mg/L}$ ☒合格 ☐不合格

标准溶液浓度	实测浓度 (mg/L)							定量下限 (mg/L)
0.1mg/L	0.115	0.115	0.112	0.113	0.113	0.106	0.105	0.041

6. 重复性 (2025.01.07 9:00:00) 检验要求: $\leq 2.0\%$ ☒合格 ☐不合格

标准溶液浓度	实测浓度 (mg/L)						重复性 (%)
2mg/L	2.026	2.021	2.021	2.023	2.028	2.012	0.28
8mg/L	8.063	7.966	8.021	8.112	8.103	8.027	0.69

7. 绝缘电阻 检验要求: $\geq 20\text{M}\Omega$ ☒合格 ☐不合格

绝缘电阻 (M Ω)	412
--------------------	-----

检验结论: **合格**

检验人: 廖俊华 制表日期: 2026.1.8

审核人: 王 审核日期: 2026.1.8

出厂检验报告

产品名称:	总氮水质在线监测仪	产品型号:	SVL-TN
检验依据:	HJ/T102-2003	出厂编号:	0061250070
检验环境:	温度: 28.1℃	湿度: 56 %	大气压: 101KPa

1. 外观及标识

☒合格 ☐不合格

机 柜	机柜无变形、塌坑、生锈、锉痕等, 涂层均匀, 无划痕、裂纹、污浊、掉漆、起泡等。	☒ 合格 ☐ 不合格
标 志	标识字体内容、大小、位置、颜色等清晰正确。	☒ 合格 ☐ 不合格
显示器	显示清晰, 无暗角、黑斑、彩虹、暗显示、隐划、闪烁等。	☒ 合格 ☐ 不合格
铭 牌	铭牌符合设计要求, 标识清晰、齐全、位置正确。	☒ 合格 ☐ 不合格

2. 零点漂移、量程漂移 (2025.12.28 09:00:00) 检验要求: $\pm 5\%$

☒合格 ☐不合格

测量值 (mg/L)				
39.07	39.39	40.13	零漂前三平均值 (mg/L)	39.53
0.04	0.06	0.07	零点漂移值 (mg/L)	0.26
0.06	0.05	0.03		
0.05	0.06	0.07		
0.06	0.07	0.06		
0.04	0.05	0.06		
0.05	0.06	0.08		
0.04	0.03	0.08		
0.05	0.06	0.05		
40.11	41.11	39.51	零漂后三平均值 (mg/L)	40.24
零点漂移 (%)			0.05%	
量程漂移 (%)			-1.43%	

3. 线性性 (2025.12.29 15:00:00) 检验要求: $\pm 10\%$

☒合格 ☐不合格

标准溶液浓度 (mg/L)	测量值 (mg/L)						平均值 (mg/L)	示值误差 (%)
5	4.98	4.99	5.08	5.02	5.01	5.06	5.02	0.47%
25	24.71	24.76	24.83	24.88	24.77	24.48	24.74	-1.05%

4. 重复性 (2025.12.30 3:00:00) 检验要求: $\leq 5.0\%$

☒合格 ☐不合格

标准溶液浓度 (mg/L)	测量值 (mg/L)						重复性%
40	40.71	39.98	39.99	40.77	40.71	40.72	0.95%

5. 绝缘电阻

检验要求: $\geq 20M\Omega$

☒合格 ☐不合格

绝缘电阻 ($M\Omega$)	741
--------------------	-----

检验结论:

合格

检验人: 张 伟 制表日期: 2026.1.5

审核人: 李 强 审核日期: 2026.1.5

出厂检验报告

产品名称:	总磷水质在线监测仪	产品型号:	SVL-TP
检验依据:	HJ/T 103-2003	出厂编号:	0051250050
检验环境:	温度: 32.2℃	湿度: 54%	大气压: 101Kpa

1.外观及标识

☒合格 ☐不合格

机 柜	机柜无变形、塌坑、生锈、锉痕等, 涂层均匀, 无划痕、裂纹、污浊、掉漆、起包等。	☒ 合格 ☐ 不合格
标 志	标识字体内容、大小、位置、颜色等清晰正确。	☒ 合格 ☐ 不合格
显示器	显示清晰, 无暗角、黑斑、彩虹、暗显示、隐划、闪烁等。	☒ 合格 ☐ 不合格
铭 牌	铭牌符合设计要求, 标识清晰、齐全、位置正确。	☒ 合格 ☐ 不合格

2.零点漂移(0.2mg/L)(2025.09.28 12:00:00) 检验要求: ±5%

☒合格 ☐不合格

0.201	0.196	0.204	0.201
0.204	0.205	0.201	0.207
0.201	0.209	0.203	0.199
0.195	0.198	0.201	0.202
0.199	0.205	0.201	0.206
0.199	0.201	0.202	0.204
零点漂移 (%)	0.09%		

3.量程漂移(8mg/L)(2025.09.29 12:00:00) 检验要求: ±5%

☒合格 ☐不合格

7.988	7.931	7.991	8.023
8.059	7.997	8.046	8.024
7.971	7.985	8.021	8.046
8.022	8.024	7.967	7.981
7.951	7.952	8.009	8.021
7.967	8.022	8.036	8.027
量程漂移 (%)	0.89%		

4.直线性(2025.09.30 12:00:00) 检验要求: ±10%

☒合格 ☐不合格

标准溶液浓度 (mg/L)	实测浓度(mg/L)						平均 值 (mg/L)	示值误差 (%)
5	5.026	4.976	5.015	4.918	5.026	5.045	5.001	-0.02%

5.重复性(2025.09.30 18:00:00) 检验要求: ≤5.0%

☒合格 ☐不合格

标准溶液浓度 (mg/L)	实测浓度(mg/L)						重复性 (RSD)/%
8	7.988	7.971	8.045	7.954	8.003	8.023	0.42%

6.绝缘电阻

检验要求: ≥20MΩ

☒合格 ☐不合格

绝缘电阻 (MΩ)	478
-----------	-----

检验结论: **合格**

检验人:

7.2/2025.9.30

制表日期:

2025.9.30

审核人:

34528

审核日期:

2025.9.30



此原件只用于出
产品验收使用
有效期: 2025年12月31日

中国环境保护产品认证证书

证书编号: CCAEPI-EP-2024-511

申请单位名称: 广东世绘林科技有限公司

申请单位注册地址: 广东省佛山市顺德区容桂街道华口社区华发路33号领潮制造园1栋801室、802室(住所申报)(一址多照)

制造商名称: 广东世绘林科技有限公司

制造商地址: 广东省佛山市顺德区容桂街道华口社区华发路33号领潮制造园1栋801室、802室(住所申报)(一址多照)

生产厂名称: 广东世绘林科技有限公司

生产厂地址: 广东省佛山市顺德区容桂街道华口社区华发路33号领潮制造园1栋801室、802室

产品名称: 化学需氧量水质自动监测仪

产品商标/型号/规格: SVL-COD

认证依据: 《化学需氧量(CODCr)水质在线自动监测仪技术要求及检测方法》(HJ 377-2019)

认证模式: 工厂(现场)检查+产品检验+认证后监督

发证日期: 2024年6月11日

有效期至: 2027年6月10日

发证机构: 中环协(北京)认证中心

法定代表人: 苏磊

本证书的有效性依据发证机构的监督获得保持, 可通过扫描右下方二维码确认。

证书状态查询





中国环境保护产品认证证书

证书编号: CCAEPI-EP-2024-513

申请单位名称: 广东世绘林科技有限公司

申请单位注册地址: 广东省佛山市顺德区容桂街道华口社区华发路 33 号
领潮制造园 1 栋 801 室、802 室 (住所申报) (一址多照)

制造商名称: 广东世绘林科技有限公司

制造商地址: 广东省佛山市顺德区容桂街道华口社区华发路 33 号领潮制造园 1 栋 801 室、802 室 (住所申报) (一址多照)

生产厂名称: 广东世绘林科技有限公司

生产厂地址: 广东省佛山市顺德区容桂街道华口社区华发路 33 号领潮制造园 1 栋 801 室、802 室

产品名称: 氨氮水质自动监测仪

产品商标/型号/规格: SVL-NH3-N 型

认证依据: 《氨氮水质在线自动监测仪技术要求及检测方法》

发证日期: 2024 年 6 月 11 日

有效期至: 2027 年 6 月 10 日

发证机构: 中环协 (北京) 认证中心

法定代表人: 苏磊

本证书的有效性依据发证机构的监督获得保持, 可通过扫描右下方二维码确认。

证书状态查询





环境保护产品认证证书

Certificate of Environmental Products

证书编号: CCAEPI-EP-2025-250

申请单位名称: 广东世绘林科技有限公司

申请单位注册地址: 广东省佛山市顺德区容桂街道华口社区
华发路33号领潮制造园1栋801室、802室(住所申报)(一址多照)

制造商名称: 广东世绘林科技有限公司

制造地址: 广东省佛山市顺德区容桂街道华口社区
华发路33号领潮制造园1栋801室、802室(住所申报)(一址多照)

生产厂名称: 广东世绘林科技有限公司

生产厂地址: 广东省佛山市顺德区容桂街道华口社区
华发路33号领潮制造园1栋801室、802室

产品名称: 总氮水质在线监测仪

产品商标/型号/规格: SVL-TN型

认证依据: 《总氮水质自动分析仪技术要求》

(HJ/T 102-2003)

认证模式: 工厂(现场)检查+产品检验+认证后监督

发证日期: 2025年4月18日

有效期至: 2028年4月17日

法定代表人: 苏磊



中环协(北京)认证中心



本证书的有效性依据发证机构的监督获得保持, 可通过扫描右下方二维码确认。

证书查询网址

此原件只用于出厂
有效期: 2026年01月05日至2026年06月30日
0061250070 产品验收使用



中国环境保护产品认证证书

证书编号: CCAEPI-EP-2024-514

此原件只用于
有效期: 2025年09月30日

申请单位名称: 广东世绘林科技有限公司

申请单位注册地址: 广东省佛山市顺德区容桂街道华口社区华发路33号领潮制造园1栋801室、802室(住所申报)(一址多照)

制造商名称: 广东世绘林科技有限公司

制造商地址: 广东省佛山市顺德区容桂街道华口社区华发路33号领潮制造园1栋801室、802室(住所申报)(一址多照)

生产厂名称: 广东世绘林科技有限公司

生产厂地址: 广东省佛山市顺德区容桂街道华口社区华发路33号领潮制造园1栋801室、802室

产品名称: 总磷水质在线监测仪

产品商标/型号/规格: SVL-TP型

认证依据: 《总磷水质自动分析仪技术要求》
(HJ/T 103-2003)

认证模式: 工厂(现场)检查+产品检验+认证后监督

发证日期: 2024年6月11日

有效期至: 2027年6月10日

发证机构: 中环协(北京)认证中心

法定代表人: 苏磊

本证书的有效性依据发证机构的监督获得保持, 可通过扫描右下方二维码确认。

证书状态查询

