

广东汉盛环保科技有限公司贵金属焙烧烟气排放口（DA002） 在线监测系统验收意见

2026 年 09 月 19 日，广东汉盛环保科技有限公司根据《污染源自动监控管理办法》和《广东省重点污染源在线监控系统验收管理办法》的有关规定和要求，组织相关人员对在线监测系统进行现场检查 and 验收。参加验收的有广东汉盛环保科技有限公司（建设单位）、茂名市长天思源环保科技有限公司（安装、验收单位）等单位的代表，并特邀 3 名专家（名单附后）。与会代表听取了广东汉盛环保科技有限公司贵金属焙烧烟气排放口（编号：DA002）在线监测系统的安装、运行、联网条件等情况汇报，现场检查监测站房及设备装置，审阅核查有关材料，经认真讨论、审议，形成如下验收意见：

一、自动监控设施基本情况

广东汉盛环保科技有限公司于 2026 年 8 月完成了贵金属焙烧烟气排放口（编号：DA002）在线监测设备的安装调试。该设备的选型、安装、数据采集和联网传输符合国家和省相关规范的要求。贵金属焙烧烟气排放口（编号：DA002）烟气在线监测设备生产厂家为杭州泽天春来科技股份有限公司，SO₂、NO_x、O₂、CO、HCL、H₂O 分析仪型号：FT-3000、编号：YYFRD0026；颗粒物分析仪型号：DMS-300、编号：YFP002122；温压流分析仪（温度、压力、流速）型号：PT-500、编号：YPT015467。建设单位委托广东量源检测技术有限公司完成了比对验收监测报告。根据比对结论，贵金属焙烧烟气排放口（编号：DA002）烟气在线监测设备符合《固定污染源烟气（SO₂、NO_x、颗粒物）排放连续测技术规范》（HJ 75-2017）、《固定污染源烟气（SO₂、NO_x、颗粒物）排放连续监测系统技术要求及检测方法》（HJ 76-2017）要求。

二、自动监控设施运行情况

该烟气在线监测设备经调试投运后，性能检测符合相关要求，现场检查运转正常，建立有相应的在线监测系统管理制度。

三、验收意见及建议

1、广东汉盛环保科技有限公司执行了《污染源自动监控管理办法》的相关规定，安装的贵金属焙烧烟气排放口（编号：DA002）烟气污染源在线监测系统，符合《广东省重点污染源在线监控系统验收管理办法》的要求。

2、建议广东汉盛环保科技有限公司加强管理和维护，严格执行《污染源自动监控管理办法》和《广东省重点污染源在线监控系统验收管理办法》的要求，认真落实数据管理、运行台账和质控等管理制度，做好数据溯源记录工作，确保该自动监控设施正常运转

广东汉盛环保科技有限公司贵金属焙烧烟气排放口 (DA002)



验收组成员表

序号	姓名	工作单位	职务/职称	签字
1	李坤	广东汉盛环保科技有限公司	经理	李坤
2	袁成	广东汉盛环保科技有限公司	副总经理	袁成
3	赖宁	广东汉盛环保科技有限公司	主管	赖宁
4	马大伟	茂名市长天思源环保科技有限公司	副总经理	马大伟
5	黄俊杰	茂名市长天思源环保科技有限公司	营销经理	黄俊杰
6	刘建新	厚茂环保科技有限公司	高工	刘建新
7	徐科海	厚茂环保科技有限公司	高工	徐科海
8	谢秋凤	广东石油化工学院	教授	谢秋凤
9				

